

**D****US****Fr**

<p align="center"><b>Herstellerzertifikat für Standard Pufferlösungen</b></p>	<p align="center"><b>Manufacturer's Certificate for Standard Buffer Solution</b></p>	<p align="center"><b>Certificat du fabricant pour la solution tampon normalisée</b></p>
<p>(Herstellerzertifikat M nach DIN 55 350, Teil 18)</p>	<p>(Manufacturer's Certificate M according to DIN 55 350, Sect. 18)</p>	<p>(Certificat M du fabricant, selon DIN 55 350, Section 18)</p>
<p>Produkt: Standard Pufferlösung pH 9,18 nach DIN 19 266  Hersteller: SI Analytics GmbH  Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz  Deutschland  Anwendung: Kalibrierung von pH-Messeinrichtungen.</p>	<p>Product: Standard buffer solution pH 9.18 to DIN 19 266  Manufacturer: SI Analytics GmbH  Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz  Germany  Application: Calibration of pH measuring equipment.</p>	<p>Produit: La solution tampon pH 9,18 selon DIN 19 266  Fabricant: SI Analytics GmbH  Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz  Allemagne  Application: Calibrage de dispositifs de mesure pH.</p>
<p>Zur Überprüfung des pH-Wertes dient Referenzmaterial, das direkt gegen Standard Referenz Material (SRM ) von NIST gemessen wurde.</p>	<p>The pH value is verified with reference material which has been measured directly against SRM of NIST.</p>	<p>La valeur pH est vérifier avec en matériel de référence, qui a été mesurée directement contre SRM de NIST.</p>
<p>Diese Pufferlösung wurde heißdampfsterilisiert. Die geöffnete Pufferlösung ist zwei Monate haltbar, wenn die Flasche anschließend wieder fest verschlossen und bei 6 – 9°C aufbewahrt wird. Entnommene Lösungsanteile sind nach dem Gebrauch zu verwerfen.</p>	<p>This buffer solution is hot steam sterilized. The opened buffer solution will keep for two months if the bottle is tightly closed and stored at 6 – 9°C. Any parts of the solution that have been taken out shall be discarded after use.</p>	<p>Cette solution a été stérilisée à chaud. La solution tampon ouverte est stable depuis deux mois, lorsque la bouteille puis refermé et stocké à 6 – 9°C. Les portions de solution prélevées seront jetées lorsque l'utilisation est terminée.</p>
<p>Die Analyse der Charge Nr. <u>140409/A</u> ergab bei 25°C einen pH-Wert von <u>9,180 ± 0,012</u>   Ungeöffnet ist die Prüflösung haltbar bis <u>04 / 2019</u></p>	<p>Analyses of batch no. <u>140409/A</u> at 25 °C (77 °F) has yielded a pH value of <u>9.180 ± 0.012</u>   In unopened condition the test solution will be stable until <u>04 / 2019</u></p>	<p>L'analyse de la charge <u>140409/A</u> à une température de 25°C a fourni une valeur pH de <u>9,180 ± 0,012</u>   A condition que l'emballage reste intact, la solution contrôle est conservable jusqu'en <u>04 / 2019</u></p>
<p>Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Das Dokument darf nur unverändert vervielfältigt werden.</p>	<p>This certificate has been prepared by an autotatic writing system and is valid without signature. It shall be allowed to be duplicated only if unaltered.</p>	<p>Ce certificat a été établi par machine. Il est valide sans signature. Il ne doit être polycopié qu'intégralement.</p>